

技术参数需求确认表

项目名称	放射诊断科DSA平板探测器维修	
预算单价 (万元)	18	
最终技术参数需求		
序号		技术性能要求
1	基本要求	具有独立法人资格和相应经营范围，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、前一年度经审计的财务报表和税收缴纳证明
2	资质认证	
3	设备技术和性能参数	
3.1	设备技术和性能参数	Allura FD20平板探测器
3.2	设备技术和性能参数	像素矩阵：采用2048×2048（2K×2K）矩阵的数字化影像链，提供高分辨率和清晰细节
3.3	设备技术和性能参数	灰度等级：平板探测器为16bit，可细腻呈现图像灰度信息。
3.4	设备技术和性能参数	视野尺寸：平板尺寸为30cm×38cm，长方形设计可旋转，贴近病人手术部位，适用于全身各部位检查。
3.5	设备技术和性能参数	DQE值：采用“魔钻”高DQE平板技术，DQE值达到75%以上，有效提高图像质量。
3.6	设备技术和性能参数	平板探测器维修完成后保修6个月。