

单一来源采购技术参数终版	专家修改意见
1. 设备名称：西门子DSA；	
2. 设备型号： ARTIS ZEE FLOOR；	
3. 保修台件数：1；	
4. 保修类型：全保。包含球管、高压发生器、探测器。	
5. 投标人具有原厂授权；	
6. 为设备进行免费的安全和可靠性升级、临床技术支持与维修技术支持、使用维护保养培训（若使用科室需要）；	
7. 设备开机率：乙方保证甲方的协议设备95%以上的开机率，每年累计停机时间应≤18天，停机时间每超1天，维保期顺延2天；	
8. 维修响应时间：投标人承担保修设备责任，在接到我院故障通知后，须给予明确的答复，保证4小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的服务。维修完成后，由我院仪器使用方和我院医学工程科对维修后的设备进行验收、确认并签署相关服务报告；	
9. 维护保养：投标人应根据设备运行状况提供每年两次定期预防性维护，同时满足上海市质控要求，按照保养计划更换损耗部件、检测、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况；	
10. 零配件供应：所更换的零配件，型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准；	
11. 上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，提供工程师有效期内的培训证；	
12. 具备专门检测和维修的设备和工具；	
13. 上海地区设有专门的零配件仓库，提供相关证明；	
14. 具有客户服务电话支持热线，提供电话号码；	
15. 遵守保密条款：	
15. 1. 断开远程联接，不允许原厂或供应商私自接入我院设备；	
15. 2. 严禁原厂或供应商私自开启非必要端口。	
16. 每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，并按照上海市质控要求，每年提交一份，装订成册。服务报告包含内容需要涵盖 16. 1/16. 2/16. 3/16. 4/16. 5：	

单一来源采购技术参数终版	专家修改意见
<p>服务报告包含内容</p> <p>16.1 基本信息</p> <p>设备品牌、型号、序列号</p> <p>(1) 设备品牌;</p> <p>(2) 设备型号;</p> <p>(3) 设备序列号。</p> <p>安装时间地点</p> <p>(1) 设备安装时间:年/月;</p> <p>(2) 设备安置地点:安置科室。</p> <p>单位名称</p> <p>(1) 使用单位名称;</p> <p>(2) 使用科室。</p> <p>设备使用状态 (正常运行、部分功能缺失、故障停机、其他)</p> <p>在保情况</p> <p><input type="checkbox"/> 保修类型:</p> <p><input type="checkbox"/> 整机全保(人工+所有备件+保养)</p> <p><input type="checkbox"/> 部分全保(人工+部分备件+保养)</p> <p><input type="checkbox"/> 全备件保</p> <p><input type="checkbox"/> 部分备件保</p> <p><input type="checkbox"/> 人工保</p> <p><input type="checkbox"/> 保养</p> <p><input type="checkbox"/> 无保修</p>	
<p>服务报告包含内容</p> <p>16.2 维护情况</p> <p>维护保养计划</p> <p>(1) 设备名称型号;</p> <p>(2) 建议频率与间隔;</p> <p>(3) 该台本年度计划保养日期:年/月;</p> <p>(4) 分级保养主要内容说明。</p> <p>维护实施记录</p> <p>提供保养报告, 包括但不限于:</p> <p>(1) 保养工单号;</p> <p>(2) 保养工程师姓名;</p> <p>(3) 设备运行状态检查: 客户对设备运行的描述及解决办法、重要参数记录;</p> <p>(4) 保养实施内容: 包括设备清洁、主机硬盘清理、图像质量的检查及校准、是否更换易耗件(列出)等。</p> <p>质量检测指标记录</p> <p>(1) 系统质量核心参数表;</p> <p>(2) 系统参数测试及校正的具体结果(系统生成的具体报告)。</p> <p>维护保养实施结论</p> <p>(1) 保养中发现的问题;</p> <p>(2) 针对问题进行分析及对应解决问题的措施;</p> <p>(3) 针对该次保养后续改进建议及措施(明确需要维修内容);</p> <p>(4) 设备整体运行状态评估结论。</p>	

单一来源采购技术参数终版	专家修改意见
<p>服务报告包含内容</p> <p>16.3 维修记录</p> <p>每次故障的维修记录</p> <p>(1) 维修单基本信息(厂商名称、服务热线、维修单号);</p> <p>(2) 医院信息(医院名称、联系人、联系电话、使用科室);</p> <p>(3) 设备品牌(授权维修公司);</p> <p>(4) 产品信息(设备名称、规格型号、出厂编号SN);</p> <p>(5) 维修类型(保内、保外、保养、安装、维修、);</p> <p>(6) 时间信息(到场时间、结束时间);</p> <p>(7) 维修信息(故障描述、维修过程、维修结果);</p> <p>(8) 备件信息(备件名称、数量、备件号);</p> <p>(9) 工程师名字、联系电话;</p> <p>(10) 签字及日期(工程师、用户);</p> <p>(11) 清晰度、字迹工整、中文描述:</p>	
<p>服务报告包含内容</p> <p>16.4 全年维修维护明细</p> <p>维修维护人工</p> <p>(1) 全年维修维护派工次数;</p> <p>(2) 全年维修维护工时数;</p> <p>备件</p> <p>(1) 全年更换备件(维修+保养)名称:</p> <p>更换备件统计汇总</p> <p>该台设备年度更换所有备件的记录:</p> <p>(1) 备件名称;</p> <p>(2) 数量;</p> <p>(3) 备件号;</p> <p>(4) 工单号。</p>	
<p>服务报告包含内容</p> <p>19.5 全年故障维修服务评价</p> <p>效率与质量评价</p> <p>(1) 开机率System Available Rate(设备开机率);</p> <p>(2) 平均到场时间;</p> <p>(3) 一次修复率(三个月同一故障内无重复报修)=(总报修次数-三个月内重复报修次数)/总报修次数*100%;</p> <p>(4) 备件平均到货时间;</p> <p>(5) MTTR(平均维修修复时间);</p> <p>(6) MTBF(平均停机故障间隔时间);</p> <p>(7) 宕机次数与宕机总时间、故障频次。</p>	