

技术参数需求表

项目名称	血栓弹力分析仪	
预算单价 (万元)	25万	
技术参数需求		
序号		技术性能要求
1	基本要求	能从一份血样完整地监测从凝血开始，至血凝块形成及纤维蛋白溶解的全过程。对凝血因子、纤维蛋白原、血小板功能以及纤维蛋白溶解等方面进行凝血全貌的检测和评估。大约15-20分钟可以出结果，带有自动诊断功能。
2	设备技术和性能参数	
2.1	整机构成	一体机，无需另外配置电脑，支持反应杯装卸、样本和试剂加样、样本和试剂混匀、检测通道孵育、样本检测、结果计算、报告输出等过程全
2.2★	通道数量	单台机器具有≥8个相互独立的检测通道，可任意设置急诊位。
2.3	样本检测	检测通道间相互独立，可自定义设置各检测通道温度，样本检测过程中可随时增加待测样本，实现随到随测，无需等待。
2.4	样本摇匀	机械臂模拟人手操作，支持样本上下颠倒混匀。
2.5	试剂位	≥10个试剂位。试剂位具有定时旋转摇匀功能保证试剂在机性能，支持试剂条码扫描、试剂在位检测，支持24小时在机冷藏。
2.6	反应杯	反应杯间相互独立，可根据检测需求使用反应杯，避免造成反应杯浪费，单次可装载不少于60个反应杯，支持反应杯在不停机状态下随时添
2.7★	样本位	可一次性装载30个样本，并支持不停机，连续不间断进样
2.8	进样方式	原始采血管直接上机，闭盖穿刺进样，无需脱帽处理，机器可自动识别不同类型、不同规格采血管。
2.9	通道间差异	R、Angle、MA CV≤5%
3	耗材/试剂性能参数	
3.1	测定项目	机器可支持开展Kaolin、R-Kaolin、AA、ADP、AA+ADP、HEP、FIB等检测项目。
3.2	配套试剂	试剂均为多人份包装，有效期不小于24个月，可支持常温运输，有效降低试剂成本，减小储存空间；配套高岭土、快高、血小板图、肝素、功
3.3	质控测试	具有原厂提供的单独注册的质控品，可提供注册证，可以提供设备质控品及试剂质控品。
4	配置需求	1台全自动血栓弹力图

项目名称	血栓弹力分析仪	
预算单价 （万元）	25万	
技术参数需求		
5	售后服务	5年保修
6	配套医用耗材 （试剂）需求	☐ 无配套一次性耗材（试剂）
		☒ 有配套一次性耗材（试剂） （☐ 开放 ☒ 封闭）

注：
 加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。