

# 技术参数需求表

|              |                  |                                                                                                                                        |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 血型鉴定及配血设备        |                                                                                                                                        |
| 预算单价<br>（万元） | 10               |                                                                                                                                        |
| 技术参数需求       |                  |                                                                                                                                        |
| 序号           |                  | 技术性能要求                                                                                                                                 |
| 1            | 基本要求             | 开展ABO/Rh（DECCec）血型分型、交叉配血、不规则抗体筛查，方法为微柱法。                                                                                              |
| 2            | 资质认证             |                                                                                                                                        |
| 3            | 设备技术和性能参数        |                                                                                                                                        |
| ★3.1         |                  | 开展ABO/Rh血型分型、交叉配血、不规则抗体筛查。采用方法为微柱法。                                                                                                    |
| ★3.2         |                  | ABO 正反定型及 Rh检测速度≥60样本/h                                                                                                                |
| 3.3          |                  | 抗体筛查≥80样本/h。                                                                                                                           |
| 3.4          |                  | 试剂卡装载量:每次可同时装载试剂卡≥200张，或可连续放置添加。                                                                                                       |
| ★3.5         |                  | 加样系统:全自动加样针≥2个，机器内离心机≥2个或满足≥24个卡位。                                                                                                     |
| 3.6          |                  | LIS处理能力：具备连接到医院 LIS 的串行和 LAN 接口                                                                                                        |
| 3.7          |                  | 独立的样本装载门，样本装载不干扰试剂区。                                                                                                                   |
| 3.8          |                  | 通过条形码可以对样本和试剂进行主动鉴别，无法识别的条形码可以手工录入。条码识别率高，急诊标本优先通道。                                                                                    |
| 3.9          |                  | 试剂位：≥12个试剂位                                                                                                                            |
| 3.1          |                  | 设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接                                                                                                      |
| 4            | 配套使用试剂参数         |                                                                                                                                        |
| 4.1          |                  | 血型卡：采用微柱血型卡，配套血型仪使用                                                                                                                    |
| 4.2          |                  | 抗人球蛋白卡：采用微柱抗人球蛋白卡可以配套血型仪使用                                                                                                             |
| 4.3          |                  | RH（Eccc）卡：采用微柱卡，配套血型仪使用                                                                                                                |
| 5            | 配置清单             | 每套血型仪包含：                                                                                                                               |
| 5.1          |                  | 1 血型仪1台                                                                                                                                |
| 5.2          |                  | 2 扫描枪1个                                                                                                                                |
|              |                  | 3 配套手工卡式离心机1台                                                                                                                          |
|              |                  | 4 37度恒温孵育器1台                                                                                                                           |
| 5            | 售后服务：            |                                                                                                                                        |
| 5.1          |                  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）保修≥6年                                                                                                          |
| 5.2          |                  | 原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用）均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。                                                      |
| 5.3          |                  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。 |
| 6            | 配套医用耗材<br>（试剂）需求 | <input type="checkbox"/> 无配套一次性耗材（试剂）                                                                                                  |
|              |                  | <input checked="" type="checkbox"/> 有配套一次性耗材（试剂）（ <input type="checkbox"/> 开放 <input checked="" type="checkbox"/> 封闭）                  |

注：  
加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。